



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2025 года № РЗН 2025/25042

На медицинское изделие

Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837270-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная фирма "Марк"
(ООО "Инновационная фирма "Марк"), Россия,
121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 43, к. 4, эт. 1, помещ. V, офис 1

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Инновационная фирма "Марк"
(ООО "Инновационная фирма "Марк"), Россия,
121108, Москва, ул. Кастанаевская, д. 43, к. 4, эт. 1, помещ. V, офис 1

Место производства медицинского изделия

ООО "Инновационная фирма "Марк", Россия, 142279, Московская область,
г.о. Серпухов, п. Оболенск, тер. Квартал Б, д. 11, стр. 1

Номер регистрационного досье № РД-67322/8074 от 20.02.2025

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 22.21.29.120

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 20 марта 2025 года № 1690
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0084563

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2025 года № РЗН 2025/25042

Лист 1

На медицинское изделие

Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837270-2024, в составе:

I. Варианты исполнения:

1. Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837270-2024: внутренний диаметр от 0,5 до 5,0 мм с шагом 0,1 мм / наружный диаметр от 1,8 до 12,0 мм с шагом 0,1 мм, длина от 5 до 100 м с шагом 5 м - 1 бухта.
2. Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837270-2024: внутренний диаметр от 5,1 до 8,0 мм с шагом 0,1 мм / наружный диаметр от 6,1 до 17,0 мм с шагом 0,1 мм, длина от 5 до 100 м с шагом 5 м - 1 бухта.
3. Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837270-2024: внутренний диаметр от 8,1 до 15,0 мм с шагом 0,1 мм / наружный диаметр от 10,1 до 24,0 мм с шагом 0,1 мм, длина от 5 до 100 м с шагом 5 м - 1 бухта.
4. Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837270-2024: внутренний диаметр от 15,1 до 20,0 мм с шагом 0,1 мм / наружный диаметр от 19,1 до 29,0 мм с шагом 0,1 мм, длина от 5 до 30 м с шагом 5 м - 1 бухта.
5. Трубка силиконовая медицинская по ТУ 32.50.50-001-87837-270-2024: внутренний диаметр от 20,1 до 26,0 мм с шагом 0,1 мм / наружный диаметр от 23,1 до 35,0 мм с шагом 0,1 мм, длиной от 5 до 25 м с шагом 5 м - 1 бухта.

II. Инструкция по применению медицинского изделия - 1 шт. на транспортный короб.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0157871