

Копия верна
Генеральный директор
ООО «Диаконс»

И.Л. Сигалов



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Фирма Диаконс»

И.Л. Сигалов



2009 г.

Столик для размещения
хирургических инструментов
СХ – «Диаконс»

ПАСПОРТ

АУКС.942819.056 ПС

2009г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Лист

1. Общие указания	3
2. Общие сведения об изделии.....	3
3. Комплектность.....	3
4. Рисунок.....	4
5. Технические характеристики.....	5
6. Условия эксплуатации.....	5
7. Техническое обслуживание.....	5
8. Транспортирование и хранение.....	5
9. Свидетельство о приемке.....	6
10. Свидетельство об упаковке.....	6
10. Гарантии изготовителя.....	7

					АУКС.942819.056 ПС					
	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Столик для размещения хирургических инструментов СХ – «Диаконс» Паспорт		Лит.	Лист	Листов	
Разработал	Никитина			14.02.09					2	7
Проверил	Зуенков			14.02.09						
Нач. отдела										
Н. контроль										
Утвердил	Зуенков			14.03.09						

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1 Паспорт является документом, отражающим техническое состояние столика для размещения хирургических инструментов СХ – «Диакомс» (в дальнейшем столик) зав. № _____.
- 1.2 Все записи в паспорте должны производиться чернилами или тушью отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки, незаверенные исправления не допускаются. Записи, внесенные ОТК, должны быть заверены печатью.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 2.1 Столик СХ – «Диакомс» предназначен для размещения на нем хирургических инструментов, перевязочных материалов и медикаментов. Конструкция столика позволяет устанавливать его на панели над операционным столом или над кроватью больного.
- 2.2 Столик состоит из основания, подвижного штока со столешницей и его фиксатора.
- 2.3 Столешница имеет бортики с четырех сторон и изготавливается из листовой стали с полимерным покрытием или нержавеющей стали.
- 2.4 Основание столика изготавливается из профильной стальной трубы с полимерным покрытием, а подвижный шток из никелированной профильной стальной трубы.
- 2.5 Столик имеет три колесных опоры, одна из них с тормозом.
- 2.6 При эксплуатации столик устанавливается со стороны ножной секции операционного стола. Механизм подъема обеспечивает перемещение и фиксацию панели по высоте, в зависимости от положения операционного стола.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Количество, шт.
АУКС.942819.056	Столик для размещения хирургических инструментов СХ – «Диакомс»	1
АУКС.942819.056ПС	Паспорт	1

Представитель ОТК _____

Подпись, дата

					АУКС.942819.056 ПС	Лист
						3
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		



					АУКС.942819.056 ПС	Лист
						4
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

48

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4.1 Габаритные размеры столика в мм: длина – 550, ширина – 420, высота – 900...1250
- 4.2 Масса изделия – 9 кг.
- 4.3 Допустимая равномерная нагрузка, – до 7кг.

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Для изменения высоты столешницы столика необходимо: ослабить фиксатор штока столешницы и выдвинув его на необходимую высоту, затем зафиксировать его.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Столик подвергается регулярному внешнему осмотру.
- 6.2 В случае обнаружения неисправности, устранение неисправности должно проводиться представителями специализированной организации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Столик допускается транспортировать всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.
- 7.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.
- 7.3 Хранение столика должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150.

					АУКС.942819.056 ПС	Лист
						5
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Ф2.106-5а

Копировал

Формат А4

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик для размещения хирургических инструментов СХ – «Диакомс»
зав. № _____, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

подпись представителя ОТК

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Столик для размещения хирургических инструментов СХ – «Диакомс»
зав. № _____, упакован на предприятии _____

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____
Подпись

М.П.

Столик для размещения хирургических инструментов СХ – «Диакомс»

Подпись

					АУКС.942819.056 ПС	Лист
						6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

50


10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.
- 10.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода столика в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки ее с предприятия-изготовителя.
- 10.3 Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:
- при истечении срока гарантии;
 - при нарушении правил эксплуатации;
 - при наличии механических повреждений наружных частей изделий, входящих в столик.

					АУКС.942819.056 ПС	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью
7 листов

Генеральный директор
ООО «Диакомс»

 И.Л. Сигалов

